

A New Method of Measuring Second Virial Coefficients of Gases

L. L. Cortés^{C,S}

*División de Termometría, Laboratorio de Propiedades Termofísicas, Centro Nacional de Metrología, el
Marqués, Querétaro, México
llira@cenam.mx*

E. Mendez-Lango

*División de Termometría, Laboratorio de Termometría de contacto, Centro Nacional de Metrología, el
Marqués, Querétaro, México*

A new method for determining second virial coefficients of gases is described which avoids the necessity for accurate volume calibration, and which depends on pressure and density measurements only. The method has been tested with Argon and the results obtained suggest that the technique is capable of detecting the contribution of third virial coefficients. Data for the second virial coefficient are reported